

**測試器使用時間(使用碳鋅電池與鹼性電池)**

測試器編號	碳鋅電池		鹼性電池	
	Power On 使用時間(hr)	連續測試 使用時間(hr)	Power On 使用時間(hr)	連續測試 使用時間(hr)
21-6566-00	15	12	25	20
21-6568-00	22	21	37	34
21-6569-00	24	23	40	38
21-8568-00	54	15	89	25
21-8569-00	48	15	80	24
21-8574-00	122	79	204	131
21-8575-00	24	23	40	39
21-8575C-00	38	22	63	37
21-8578-00	21	20	35	33
21-8580-00	18	10	29	17
21-8701-00	22	22	37	37

測試器編號	Master			Remote	
	Power On 使用時間(hr)	待機(hr)	連續測試 使用時間(hr)	Power On 使用時間(hr)	連續測試 使用時間(hr)
<b>碳鋅電池</b>					
21-8681-00	25	38	10	14	14
21-8682-00	25	38	10	14	14
<b>鹼性電池</b>					
21-8681-00	42	64	17	24	24
21-8682-00	42	64	17	24	24

碳鋅電池				
測試器編號	Power On 使用時間(hr)	待機(hr)	省電模式(hr)	連續測試 使用時間(hr)
21-8801-00	4	15	194	4

鹼性電池				
測試器編號	Power On 使用時間(hr)	待機(hr)	省電模式(hr)	連續測試 使用時間(hr)
21-8801-00	7	25	324	7